検 査 証 明 書

第121824－5号
平成24年3月7日

一般社団法人グリーンピース・ジャパン　御中

事業者名　**株式会社　エコプロ・リサーチ**
〒424－0053　静岡市清水区渋川100番地
TEL　054－348－5274
FAX　054－347－7446

試料受付月日　平成 24 年 2 月 28 日

試　料　名	20120218-SEH-2　さばみず煮
試料採取場所	神奈川県／平塚市
採取年月日・時刻	平成　24　年 2 月 18 日 － 時 － 分
採　取　者	
備　考	測定日：平成24年3月3日

御依頼を受けました上記試料について検査した結果は下記の通りです。

検査の対象	単位	検査の結果	測定方法
ヨウ素131	Bq/kg	検出されず（検出限界値3.3）	ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器による
セシウム134	Bq/kg	検出されず（検出限界値4.1）	ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器による
セシウム137	Bq/kg	4.3±1.0（検出限界値4.0）	ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器による
以下余白			

検 査 証 明 書

第121912－12号
平成24年3月19日

一般社団法人グリーンピース・ジャパン　御中

事業者名　**株式会社　エコプロ・リサーチ**
〒424－0053　静岡市清水区渋川100番地
TEL　054－348－5274
FAX　054－347－7446

試料受付月日　平 成 24 年 3 月 2 日

試　料　名	20120224-AOY-2　さば水煮
試 料 採 取 場 所	山口県　下関市
採 取 年 月 日 ・ 時 刻	平成24年2月24 日
採　取　者	
備　考	測定日：平成24年3月15日

御依頼を受けました上記試料について検査した結果は下記の通りです。

検査の対象	単位	検査の結果	測定方法
ヨウ素131	Bq/kg	検出されず（検出限界値3.2）	ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器による
セシウム134	Bq/kg	検出されず（検出限界値3.6）	ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器による
セシウム137	Bq/kg	4.2±1.2（検出限界値3.3）	ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器による
以下余白			

検 査 証 明 書

第121912－5号
平成24年3月19日

一般社団法人グリーンピース・ジャパン　御中

事業者名　**株式会社　エコプロ・リサーチ**
〒424－0053　静岡市清水区渋川100番地
TEL　054－348－5274
FAX　054－347－7446

試料受付月日　平成 24 年 3 月 2 日

試　料　名	20120224-TSM-1　さばみそ煮
試料採取場所	東京都　小金井市
採取年月日・時刻	平成24年2月24 日
採　取　者	
備　考	測定日：平成24年3月9日

御依頼を受けました上記試料について検査した結果は下記の通りです。

検査の対象	単位	検査の結果	測定方法
ヨウ素131	Bq/kg	検出されず（検出限界値3.4）	ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器による
セシウム134	Bq/kg	検出されず（検出限界値4.3）	ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器による
セシウム137	Bq/kg	4.0±1.0（検出限界値3.9）	ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器による
以下余白			